

Universidad Politécnica del Mar y la Sierra

Control de los equipos de seguimiento y medición de Laboratorio (2022-2023)

N°	EQUIPO DE MEDICIÓN	NÚMERO DE INVENTARIO	RESPONSABLE ASIGNADO	REQUERIMIENTO DE				FECHA PROGRAMADA	OBSERVACIONES
				AJUSTE	CALIBRACIÓN	REEMPLAZO	NINGUNO		
1	Penetrómetro WAGNER INSTRUMENTS		Julieta Espinoza				X	Septiembre	Chequeo general
2	Horno de secado ecocell 222temp, hasta 300°C	0001587	Luz A. Ontiveros Garcia	X				Septiembre	Problemas de desajuste de temperatura
3	Autoclave 40 LITROS	0001586	Luz A. Ontiveros Garcia				X	Septiembre	Chequeo general
4	Campana de flujo laminar vertical 140x221x70 cm. (incluye base tubular con niveladores de rueda, lampara de luz fluo y uv)	001569	Luz A. Ontiveros				X	Septiembre	Chequeo general
5	Microscopio trinocular biológico serie ba210 plan acromaticos ccia ef-n pl4x,10x, 40xs, 100cs-oil	0001570 0001571 0001572 0001573 0001574 0001575 0001576 0001577	Luz A. Ontiveros Garcia				X	Diciembre	Limpieza de objetivos y demás componentes
6	Estereo microscopico con sistema optico zoom greenough, cabeza binocular inclinada 45° y rotable a 360°	0001579 0001580 0001581 0001582 0001583 0001584	Luz A. Ontiveros Garcia				X	Diciembre	Limpieza de objetivos y demás componentes
7	Aire acondicionado tipo cassette trane		Luz A. Ontiveros Garcia				X	Diciembre	Limpieza
8	Bascula digital 15 kg	001931	Julieta Espinoza				X	Septiembre	Chequeo general
9	Rotoevaporador digital vertical	000156	Luz A. Ontiveros Garcia				X	Septiembre	Chequeo general
10	Centrifuga para 12 tubos de 15ml 0-4000 rpm, control de tiempo y velocidad, electromecanica, no utiliza carbonos kit-lab	000157	Luz A. Ontiveros Garcia				X	Septiembre	Chequeo general
11	Medidor de bolsillo para PH/CE/TDS	000158 000159 000160	Julieta Espinoza				X	Septiembre	Chequeo general
12	Espectrofotómetro	001954	Julieta Espinoza				X	Septiembre	Chequeo general
13	Microscopio binocular Leica DM500		Luz A. Ontiveros				X	Septiembre	Chequeo general

Universidad Politécnica del Mar y la Sierra

N°	EQUIPO DE MEDICIÓN	NÚMERO DE INVENTARIO	RESPONSABLE ASIGNADO	REQUERIMIENTO DE				FECHA PROGRAMADA	OBSERVACIONES
				AJUSTE	CALIBRACIÓN	REEMPLAZO	NINGUNO		
14	Centrífuga de gran capacidad centrificient	0003964	Julieta Espinoza	X				Septiembre	Ajuste de tornillo principal
15	Refractometro SPER SCIENTIFIC	R-1 R-2	Julieta Espinoza				X	Septiembre	Chequeo general
16	Potenciómetro OHAUS	002141	Julieta Espinoza				X	Septiembre	Chequeo general
17	Termobañó felisa	001209 001208	Julieta Espinoza				X	Septiembre	Chequeo general
18	Balanza analítica viBRA		Henry Marquez				X	Septiembre	Chequeo general
19	Mini Incubadora Labnet	4905	Luz A. Ontiveros				X	Septiembre	Chequeo general
20	Minicentrífuga ELMi	4903	Luz A. Ontiveros				X	Septiembre	Chequeo general
21	Bañó seco en dos bloques LW Scientific	5580	Luz A. Ontiveros				X	Septiembre	Chequeo general
22	Medidor multiparametro HANNA	001590 001591 001589	Julieta Espinoza				X	Septiembre	Chequeo general
23	Helador Horizontal TORREY	000163	Luz A. Ontiveros				X	Septiembre	Chequeo general
24	Espectrofotometro HACH		Henry Marquez				X	Septiembre	Chequeo general
25	Estufa de secado CRAFT		Julieta Espinoza				X	Septiembre	Chequeo general
26	Horno Industrial CORIAT	3973	Julieta Espinoza				X	Septiembre	Chequeo general
27	Refrigerador RORREY		Julieta Espinoza				X	Septiembre	Chequeo general

Universidad Politécnica del Mar y la Sierra

N°	EQUIPO DE MEDICIÓN	NÚMERO DE INVENTARIO	RESPONSABLE ASIGNADO	REQUERIMIENTO DE				FECHA PROGRAMADA	OBSERVACIONES
				AJUSTE	CALIBRACIÓN	REEMPLAZO	NINGUNO		
28	Congelador Haier		Julieta Espinoza Moreno				X	Septiembre	Chequeo general
29	Balanza ADAM Nimbus		Henry Marquez Pacheco				X	Septiembre	Chequeo general
30	Analizador de nutrientes de suelo	4912	Henri Marquez Pacheco				X	Septiembre	Chequeo general
31	Multiparametro HANNA		Henry Marquez Pacheco				X	Septiembre	Chequeo general
32	Espectrofotómetro DR 3900		Henry Marquez Pacheco				X	Septiembre	Chequeo general
33	Extractor de jugo 70721		Julieta Espinoza Moreno	X				Septiembre	Chequeo general
34	Balanza digital SC200		Luz Adriana Espinoza Moreno		X			Septiembre	Calibración

Control de los equipos de seguimiento y medición de Laboratorio (2022-2023)

N°	Nombre del equipo utilizado para contingencia	Número de inventario	Responsable asignado	Especificaciones para su mantenimiento	Fecha para su mantenimiento	Observaciones
1	Extintores 4.5 kg CO2	5511 5673 5509 5674	Luz A. Ontiveros Garcia	Revisión general	Diciembre	Reetiquetado
2	Extintores 6 kg PQS	5522 1248	Luz A. Ontiveros Garcia	Recarga de polvo químico seco	Diciembre	Recargar y reetiquetar